


CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B Número T2011/1982	
Instrumento	Termómetro
Marca	Eliwell
Modelo	EM300LX NTC ESP
Versión firmware desde display	2
Sensor externo	NTC/103AP-2
En conformidad con	RD 889/2006
	Orden ITC 3701/2006
Fabricante	ELIWELL CONTROLS S.R.L.
Dirección	Via dell'industria , 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (Belluno) Italy
Emitido para	Eliwell Iberica S.A.
Aptitud de uso:	S
Tipo de medio climático:	A
Clase	2
Fecha de emisión del certificado	31/01/2012
Validez hasta del Certificado	31/01/2022

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Eliwell Iberica S.A Número T2011/1982/ documentación. El termómetro marca Eliwell modelo EM300LX NTC ESP versión de software 1 cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo Módulo B establecidas en el Real Decreto 889/2006 y la Orden I.T.C 3701/2006. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico número T2011/1982 rev0

El laboratorio de Termotecnia es un Organismo de Control Metrológico del Estado para la fase de Comercialización y puesta en servicios acreditado por ENAC con la Acreditación número OC-I201.Designado por la Comunidad de Madrid como Organismo de Control Metrológico.


Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al ítem analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.